

济南市济阳区人民医院

济南市济阳区人民医院

关于飞利浦血管机维修保养服务项目

单一来源采购的申请

财政局：

我院本次采购项目预算已批复，本次采购项目涉及计划编号 37011500010060620240110，预算金额 225 万元，资金自筹。采购内容为飞利浦血管机维修保养服务项目，主要为飞利浦血管机 1 台，现因工作需要申请变更采购方式为单一来源，理由如下：

以上为大型高精技术设备，技术复杂，为保证设备正常使用，确保临床系统诊断检查工作正常开展，需要飞利浦原厂专业技术提供本设备的维修技术及相关备件的替代性。山东拓庄医疗科技有限公司是飞利浦唯一授权售后有资质的公司，满足只能从唯一供应商处采购的情况，现申请单一来源采购。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款

的规定，本次采购符合“只能从唯一供应商处采购”的情形，
现申请将以上项目采购方式变更为单一来源采购。

当否，请批示！



附件：

序号	采购内容	拟成交供应 商名称
1	飞利浦血管机维修保养服务	山东拓庄医 疗科技有限 公司

单一来源论证专家信息登记表

专家类别	专家姓名	工作单位	职称
技术专家	张国栋	山东省千佛山医院	高级工程师
技术专家	尹荣华	山东省立医院	副主任
技术专家	刘武	济南市食品药品检验 检测中心	高级工程师

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王	职称	副主任医师
工作单位	济南市食品药品检验中心		
采购单位名称	济南市济阳区人民医院		
采购项目名称	济南市济阳区人民医院飞利浦血管机维修保养服务项目		
采购内容	飞利浦血管机维修保养		
供应商名称	山东拓庄医疗科技有限公司		
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由： 济南市济阳区人民医院拟采购飞利浦血管机 AZURL ON 7M20 维修保养服务项目，要求供应商应具有飞利浦生产厂家出具授权，供应商应在国内设有备件仓库的证明，关键备件具有授权或报关单，供应商对产品有持续平台升级软件更新能力经市场调研，其它品牌产品无法兼容配套该设备具有唯一性，符合政府采购单一来源采购法相关要求。只能从原厂授权唯一区域代理商山东拓庄医疗科技有限公司采用单一来源方式采购本项目。		
	专家签字：王 日期：2024.12.18		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	张同东	职称	高级工程师
工作单位	山东省千佛山医院		
采购单位名称	济南市济阳区人民医院		
采购项目名称	济南市济阳区人民医院飞利浦血管机维修保养服务项目		
采购内容	飞利浦血管机维修保养		
供应商名称	山东拓庄医疗科技有限公司		
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由： 济南市济阳区人民医院拟采购飞利浦血管机 AZUREION-7 M20 维修保养服务项目由于设备具有特殊性，其它品牌产品无法兼容配套该设备，具有唯一性，为保证设备运行安全性、稳定性，符合政府采购法单一来源采购的机械要求，只能从原厂授权唯一区域代理商山东拓庄医疗科技有限公司采用单一来源的方式采购本项目		
	专家签字：张同东 日期：2024.12.18		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	尹荣华	职称	副主任
工作单位	山东省立医院		
采购单位名称	济南市济阳区人民医院		
采购项目名称	济南市济阳区人民医院飞利浦血管机维修服务项目		
采购内容	飞利浦血管机维修保养		
供应商名称	山东拓庄医疗科技有限公司		
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由： 济南市济阳区人民医院飞利浦血管机 AZURION 7M20 型维修项目单一来源采购。经充分论证，具有飞利浦关键部件如球管、探测器、食管、且有原厂授权老师常驻山东，能保证该设备维修能力，并能具有设备管理平台升级、软件更新的能力的维修公司。经市场调研，只有山东拓庄医疗科技有限公司。 建设单一来源采购。		
	专家签字：尹荣华 日期：2024.12.18		